HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE (SERVIZO GALEGO DE SAUDE).
Laboratorio de Urgencias

Dirección: Corredoira, s/n. 27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2013**
Actividad: laboratorio clínico
Acreditación nº: **954/LE1883**
Fecha de entrada en vigor: 02/12/2011

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 8 fecha 21/12/2018)

BIOQUÍMICA-URGENCIAS..... 1

BIOQUÍMICA-URGENCIAS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO (procedimientos internos, protocolos reconocidos, equipos)
	ESPECTROFOTOMETRÍA	
Suero, orina, líquidos biológicos y líquido cefalorraquídeo	Glucosa *Método UV enzimático (método de la hexocinasa)*	Método comercial AU680 PNT 15
Suero y orina	Urea *Método cinético enzimático (Ureasa/glutamato DH)*	
Suero y orina	Creatinina *Método cinético de Jaffé*	
	Calcio *Método colorimétrico (arsenazo III)*	

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 0th51E1uh71Ym48n5l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO (procedimientos internos, protocolos reconocidos, equipos)
ESPECTROFOTOMETRÍA		
Suero y líquidos biológicos	Proteínas totales *Método cinético de Biuret*	Método comercial AU680 PNT 15
Suero	Albúmina *Método bicromático verde de bromocresol*	
	Bilirrubina total *Método diazo a punto final a tiempo fijo*	
	Alanina-aminotransferasa *Método cinético enzimático (ALT/LDH)(IFCC)*	
	Aspartato-aminotransferasa *Método cinético enzimático (AST/Malato DH)(IFCC)*	
	Gamma-glutamiltranferasa *Método cinético enzimático (γ-glutamil-p-nitroanilina) (IFCC)*	
	Fosfatasa alcalina *Método cinético (p-nitrofenilfosfato) (IFCC)*	
	PCR *Método inmunoturbidimétrico*	
Suero y plasma-heparina de litio	Creatin quinasa *Método cinético enzimático (CK/Hexoquinasa/Glucosa 6PDH) (IFCC)*	
Suero y líquidos biológicos	Lactato deshidrogenasa *Método cinético enzimático (reacción en sentido lactato a piruvato) (IFCC)*	
Suero, orina y líquidos biológicos	Amilasa total *Método cinético enzimático (etilideno-G7PNP)(IFCC)*	
Orina y líquido cefalorraquídeo	Proteínas totales *Método a punto final a tiempo fijo, rojo de pirogalol y molibdato*	

Código Validación Electrónica: 0th51E1uh71Ym48n5l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO (procedimientos internos, protocolos reconocidos, equipos)
POTENCIOMETRÍA INDIRECTA		
Suero y orina	Sodio	Método comercial AU680 PNT 15
	Potasio	
	Cloro	
QUIMIOLUMINISCENCIA DE PARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS		
Suero	Digoxina *Ensayo inmunoenzimático de unión competitiva*	Método comercial Dxl PNT 15
Plasma-heparina de litio	Troponina I *Ensayos inmunoenzimáticos de dos posiciones (sándwich)*	
	Mioglobina *Ensayos inmunoenzimáticos de dos posiciones (sándwich)*	
ESPECTROFOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA		
Orina	Glucosa *Reacción enzimática de la glucosa con glucosa oxidasa/peroxidasa y un cromógeno*	Método comercial iChem 100 PNT 03
	Proteínas *"Error de proteína" del indicador de pH*	
	Bilirrubina *Acoplamiento de bilirrubina con sal de diazonio en medio ácido*	
	Urobilinógeno *Acoplamiento entre urobilinógeno y una sal estable de diazonio*	
	pH *Indicador de pH*	
	Densidad específica *Azul de bromotimol y un detergente*	

Código Validación Electrónica: 0th51E1uh71Ym48n5l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO (procedimientos internos, protocolos reconocidos, equipos)
Orina	Sangre *Peróxido orgánico y un cromógeno*	Método comercial iChem 100 PNT 03
	Cetonas *Acoplamiento de metilcetonas con glicina y nitroprusiato sódico*	
	Nitritos *Diazotización de un amino por los nitritos*	
	Leucocitos *Reacción enzimática entre las esterasas granulocitarias y un indoxilo de ester en presencia de sal diazonio*	
MICROSCOPÍA ÓPTICA		
Orina	Sedimento de orina	Procedimiento interno PNT 12 Ed. 02
Líquido Cefalorraquídeo	Recuento celular, recuento polimorfonucleares y mononucleares y tinción de Gram	Procedimiento interno PNT 04 Ed. 07 PNT 09 Ed. 03 PNT 10 Ed. 04
Líquidos biológicos	Recuento celular, recuento polimorfonucleares y mononucleares, estudio cristales (sinovial) y tinción de Gram	Procedimiento interno PNT 05 Ed. 09 PNT 09 Ed. 03 PNT 10 Ed. 04
POTENCIOMETRÍA		
Sangre arterial, venosa y capilar y líquidos biológicos	pH	Método comercial ABL 90 Flex PNT 14
Sangre arterial, venosa y capilar	Calcio iónico	
	pCO_2	

Código Validación Electrónica: 0th51E1uh71Ym48n5l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO (procedimientos internos, protocolos reconocidos, equipos)
SISTEMA ÓPTICO		
Sangre arterial, venosa y capilar	pO_2	Método comercial ABL 90 Flex PNT 14
AMPEROMETRÍA		
Sangre arterial, venosa y capilar	Lactato	Método comercial ABL 90 Flex PNT 14

Código Validación Electrónica: 0th51E1uh71Ym48n5l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**